

Multímetro digital; True RMS; UNI-T

UNI-T®



Fabricante	UNI-T
Tipo de medidor	multímetro digital
Display	LCD
Iluminación	sí
Exactitud de medición de corriente AC	$\pm(1\% + 12 \text{ digit})$
Exactitud de medición de corriente DC	$\pm(0,8\% + 8 \text{ digit})$
Exactitud de medición de tensión DC	$\pm(0,5\% + 2 \text{ digit})$
Exactitud de medición de resistencia	$\pm(0,8\%+3 \text{ digit})$
Mostrar parámetros	(6000)

Símbolo: (UT89X)

Medición	de continuidad, frecuencia, h_{FE} transistores, tensión AC, tensión DC, capacidad, corriente AC, de corriente DC, resistencia, de temperatura
----------	--

Símbolo: (UT890C)

Temperatura de trabajo	0...40°C
Medición	de continuidad, frecuencia, h_{FE} transistores, tensión AC, tensión DC, capacidad, corriente AC, de corriente

DC, resistencia, de temperatura

Símbolo: (UT890D+)

Temperatura de trabajo

0...40°C

Medición

de continuidad, frecuencia, h_{FE} transistores, tensión AC, tensión DC, capacidad, corriente AC, de corriente DC, resistencia

Símbolo	UT89X	UT890C	UT890D+
Rango de medición de tensión DC [V]			
- 0,1m...600m		x	
- 600m	x		x
- 6/60/600/1k	x	x	x
Rango de medición de tensión AC [V]			
- 1m...6		x	
- 6	x		x
- 60/600	x	x	x
- 750		x	x
- 1k	x		
Rango de medición de corriente DC [A]			
- 0,01μ...60μ		x	
- 60μ	x		x
- 600μ			x
- 6m		x	x
- 60m/600m/20	x	x	x
Rango de medición de corriente AC* [A]			
- 0,001m...6m		x	
- 60μ/600μ/6m			x
- 60m/600m/20	x	x	x
Rango de medición de resistencia [Ω]			
- 100m...600		x	
- 600	x		x
- 6k/60k/600k/6M/60M	x	x	x
Rango de medición de capacitancia [F]			
- 0,001n...10n/100n/1000μ/10m		x	
- 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60m	x		x
- 100m	x	x	x
Rango de medición de frecuencia [MHz]			
- 10...10	x	x	x
Campo de medición de temperatura [°C]			
- -40...1000	x	x	

* 1) medición indirecta

Símbolo: (UT89X)

Medición True RMS	True RMS
Prueba de diodo	0...3V
Prueba de continuidad de circuito	señal acústica
Prueba de continuidad de circuito	<30Ω
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	89x189x53mm
Fuente de alimentación	pila R03 AAA 1,5V x4
Batería / acumulador	pila R03 AAA 1,5V x4
Conforme a norma	CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010

Símbolo: (UT890C, UT890D+)

Medición True RMS	True RMS
Prueba de diodo	0...3V
Prueba de continuidad de circuito	señal acústica
Prueba de continuidad de circuito	<10Ω
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	88x183x56mm
Fuente de alimentación	pila R6 AA 1,5V x2
Batería / acumulador	pila R6 AA 1,5V x2
Conforme a norma	CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010

- Propiedades:**
- apagado automático
 - detector de tensión sin contacto ([UT890D+](#))
 - detector de tensión inalámbrico ([UT89X](#), [UT890C](#))
 - función HOLD (parado de indicaciones de display)
 - función MIN/MAX
 - función de medición relativa REL
 - indicador de baja carga de pilas ([UT89X](#), [UT890D+](#))
 - indicación de haber superado el rango de medición ([UT890D+](#))

- Equipamiento:**
- cables de medición
 - sonda para medición de temperatura ([UT89X](#), [UT890C](#))

Símbolo	Descripción del artículo	Exactitud de medición de frecuencia	Exactitud de medición de capacitancia	Exactitud de medición de tensión AC
UT89X	Multímetro digital;LCD; (6000);VDC:600mV,6V,60V,600V,1kV	±(0,1%+4 digit)	±(2,5%+ 20 digit)	±(0,8% + 5 digit)

Símbolo	Descripción del artículo	Exactitud de medición de frecuencia	Exactitud de medición de capacitancia	Exactitud de medición de tensión AC
UT890C	Multímetro digital;LCD; (6000);VDC:0,1÷600mV,6V,60V,600V,1kV	±(1%+5 digit)	±(3%+ 10 digit)	±(0,8% + 3 digit)
UT890D+	Multímetro digital;LCD; (6000);VDC:600mV,6V,60V,600V,1kV	±(1%+5 digit)	±(3%+ 10 digit)	±(0,8% + 3 digit)

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.L.U.

Calle Rejas 2, Oficina 16, 28821 Coslada (Madrid)
NIF:B86824695, ESB86824695
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
Tomo: 31394 Folio:173 Sección:8
Hoja: M 565108 Inscripción:1

Contáctanos:
Tel.: +34 911 234 771
Fax.: +34 910 842 790
E-mail: iberica@tme.eu

ÚNETE A NOSOTROS:



Product Information Management: www.parcateu